

Sprawozdanie z badań, nr :
Test report, no :
0086 - DR / A / 04 / 21
rev. 02

(zgodnie z / acc. to LAB-05.00.06, rev.02)

BADANIE DERMATOLOGICZNE / KOSMETYKI / DERMATOLOGICAL TEST / COSMETICS
Zleceniodawca ⁽²⁾ : AescuBrands
Customer ⁽²⁾ : Im Gewerbegebiet 5
91093 Heßdorf
Germany
Kontrahent ⁽²⁾ :
Contractor ⁽²⁾ :
Nazwa próbki ⁽²⁾ : SomnoSept Special cleaner for CPAP masks, hoses and accessories made of plastic and silicone
Name of sample ⁽²⁾ :
Numer zlecenia: 0101 – Z / 04 / 21
Protocol-order No.:
Metoda pobrania próbki ^{(1) (2)} : Nie podano
Method of sampling ^{(1) (2)} : Not given (N)

Pobór i transport próbki przez: Klienta
Sample collection&transport by: Customer

Postępowanie z próbką wg: LAB-05.00.00, rev. 02
Handling of sample acc to:
Stan i ilość próbek: Bez zastrzeżeń
Sample evaluation&quantity: Correct

Data przyjęcia próbki: 19.04.2021
Date of receiving sample:
Numer próbki: 0426 – P / 04 / 21
Sample No.:
Data rozpoczęcia badania: 26.04.2021
Date of analysis start:
Numer analizy : 0086 – DR / A / 04 / 21
Analysis No.:
Data zakończenie badania: 30.04.2021
Date of of analysis end:
Plan poboru próbek ⁽²⁾ : Nie określono
Sampling plan ⁽²⁾ : Not given

Metoda badawcza ^{(1) (N)} : MD-001.00, rev.01 „Badanie dermatologiczne testem płatkowym półotwartym”
Test method ^{(1) (N)} : „Dermatological semi-open patch”

Metoda badań zgodna z / Method of test acc to :

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009) / Regulation No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on cosmetic products (OJ L 342, 22.12.2009);
- Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 25 listopada 201 r. w sprawie wytycznych dotyczących załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych / Commission Implementing Decision of 25 November 2013 on Guidelines on Annex I to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products;
- Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. 2018, poz. 2227) / Act on cosmetic products of 4 October 2018 (Journal of Laws of 2018, item 2227);
- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Product Test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997;”
- Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines „Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997” / Cosmetics Europe – The Personal Care Association Guidelines “Guidelines for the Assessment of Skin Tolerance of Potentially Irritant Cosmetic Ingredients, Edition of 1997;”
- Cosmetics Europe - The Personal Care Association Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008
- The SCCS's Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Substances and their Safety Evaluation 10th Revision – SCCS/1602/18 Final version
- „Basic Criteria of The protocols for the skin compatibility testing of potentially cutaneous irritant cosmetic ingredients of mixtures of ingredients on human volunteers” – SCCNFP/0245/99 Final December 1999
- Deklaracja Helsińska z 1964 r. wraz z późniejszymi zmianami / Declaration of Helsinki of 1964 as amended;
- „Memorandum on use of Human Data in risk assessment of skin sensitisation” – SCCS/1567/15

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki / The test results refer only to received sample
Legenda:

- (1) - badanie/pobór próbki oznaczone symbolem (A) - badanie/pobór próbki akredytowane; (AP) - badanie/pobór próbki planowane do akredytacji; (N) - badanie/pobór próbki nieakredytowane;
- (2) - podkreślenie tekstu oznacza dane dostarczone od Klienta ;
- (3) - zgodnie z wymaganiami Klienta ;
- (4) - usługa dostarczana z zewnątrz;
- N/A - nie dotyczy

Legend:

- (1) - parameter (A) method / sampling accredited; (AP) - method / sampling planned for accreditation; (N) - method / sampling not accredited
- (2) - underlining the text means the data provided by the Customer ;
- (3) - according to Customer requirements
- (4) - sub-contracted test;
- N/A - not applicable

Sprawozdanie z badań, nr :
Test report, no :
0086 - DR / A / 04 / 21
rev. 02

(zgodnie z / acc. to LAB-05.00.06, rev.02)

BADANIE DERMATOLOGICZNE / KOSMETYKI / DERMATOLOGICAL TEST / COSMETICS
Spis treści / Index

1. Podstawa wykonania badania / <i>Study basis</i>	2
2. Charakterystyka próbki / <i>Sample characteristics</i>	2
3. Opis metody / <i>Description of the method</i>	3
4. Cel badania / <i>Purpose of the study</i>	3
5. Dobór probantów do badania / <i>Selection of subjects</i>	3
6. Wyniki badania / <i>Test result</i>	4
7. Wnioski / <i>Conclusion</i>	4
8. Zatwierdzenie / <i>Approval</i>	5

1. Podstawa wykonania badania / Study basis

- Próbka do badań dostarczona przez Zleceniodawcę
Test sample delivered by the Customer
- Skład jakościowy próbki dostarczony przez Zleceniodawcę
Test sample qualitative composition delivered by the Customer
- Wyniki czystości mikrobiologicznej próbki dostarczone przez Zleceniodawcę
Test sample microbiological purity results delivered by the Client
- Informacje o sposobie użycia i przeznaczeniu produktu
Information about the manner of use and indications of the product

2. Charakterystyka próbki / Sample characteristics

 Zgodnie ze specyfikacją jakościową producenta ^{(2) (3)} :

 Acc. to the manufacturer's quality Specification ^{(2) (3)} :

Wygląd produktu: <i>Product appearance:</i>	Gęsta ciecz <i>Thick liquid</i>
Barwa: <i>Color:</i>	Błękitna <i>Blue</i>
Zapach: <i>Smell:</i>	Charakterystyczny dla użytych surowców <i>Typical of the materials used</i>
Opakowanie: <i>Package:</i>	Opakowanie zastępcze zawierające nazwę próbki <i>Replacement packaging with the sample name</i>
Przeznaczenie produktu: <i>Product designation:</i>	Środek czyszczący <i>Cleaner</i>
INCI ^(*) :	<u>Aqua, Sodium Chloride, Sodium Myreth Sulfate, Lauryl Glucoside, Glycerol Oleate, Coco-Glucoside, Citric Acid, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Tocopherol, Parfum, Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Triethylene Glycol, Propylene Glycol, Limonene, Linalool, Citral, CI 42090.</u>

(*) - sprawozdanie nie zawiera analizy składu próbki; Sprawozdanie nie zawiera analizy składu próbki; za zgodność przygotowanych do badań próbek z deklarowanym składem jakościowym i czystością mikrobiologiczną produktu odpowiada Zleceniodawca / *The report does not include sample composition analysis; the Client is responsible for the consistency of the test samples with the declared qualitative composition and microbiological purity of the Product*

Sprawozdanie z badań, nr :**Test report, no :****0086 - DR / A / 04 / 21****rev. 02**

(zgodnie z / acc. to LAB-05.00.06, rev.02)

BADANIE DERMATOLOGICZNE / KOSMETYKI / DERMATOLOGICAL TEST / COSMETICS

3. Opis metody / Description of the method

Testy płatkowe wg Jadassohna-Blocha (w modyfikacji Rudzkiego) prowadzono pod nadzorem lekarza dermatologa. Ocenę właściwości alergizujących i podrażniających preparatu przeprowadzono na grupie 25 zdrowych ochotników z wywiadem alergologicznym / bez wywiadu alergologicznego.
(niepotrzebne skreślić)

*Patch tests according to Jadassohn-Bloch (as modified by Rudzki) were performed under the supervision of a dermatologist. The evaluation of sensitising and irritant properties of the product was made based on a sample of 25 healthy volunteers with / without a history of allergy.
(delete as appropriate)*

Badanie przeprowadzono przy zastosowaniu plastrów Finn Chamber z bibułkami filtracyjnymi, na które nanosi się badany produkt, a następnie całość przykleja na skórę ochotnika (ramię lub okolica międzyłopatkowa). Próby zdejmowano po 48 h. Pierwszego odczytu dokonano po 15-20 minutach od zdjęcia plastra, a następnie po 72 h.

The study was conducted using Finn Chamber patches with filter paper onto which the tested product was applied; the whole patch was then applied to the volunteer's skin (arm or interscapular region). The patches were removed after 48 h. The first reading was done 15–20 minutes after patch removal, and subsequently after 72 h.

Odczyt został wykonany wg ogólnie przyjętej skali w badaniach dermatologicznych, a następnie oceniony przez lekarza dermatologa.

The reading was based on a generally acknowledged scale for dermatological studies, and subsequently evaluated by a dermatologist.

Odczyn dodatni (rumień) potwierdza alergizujące właściwości preparatu, zaś wynik ujemny (brak rumienia) potwierdza brak właściwości alergizujących.

A positive reaction (erythema) confirms sensitising properties, while a negative reaction (no erythema) confirms the lack of sensitising properties.

4. Cel badania / Purpose of the study

Ocena właściwości drażniących / uczulających produktu u zdrowego, dorosłego ochotnika metodą jednokrotnego nałożenia testu płatkowego.

Assessment of irritant / sensitising properties of the product in a healthy adult volunteer with a single application of a patch test.

5. Dobór probantów do badania / Selection of subjects

Dobór ochotników uwzględnia kryteria włączeń i wyłączeń do badań.

The volunteers were selected on the basis of inclusion and exclusion criteria.

Główne kryteria włączenia: zdrowe kobiety i mężczyźni w wieku 18-65 lat, fototyp: I – IV w skali Fitzpatrick'a, typ skóry Kaukaski.

The main inclusion criteria were: healthy females and males aged 18–65 years; phenotype: I–IV in the Fitzpatrick scale, Caucasian skin type.

W badaniu wzięło udział 25 ochotników, którzy wyrazili dobrowolną zgodę na udział w badaniu.

The study involved 25 volunteers who expressed a voluntary consent to the participation in the study.

Skóra w miejscu badania była prawidłowa, bez podrażnień i zmian chorobowych.

The skin at the test site was normal, without irritation or pathological changes.

Sprawozdanie z badań, nr :
Test report, no :
0086 - DR / A / 04 / 21
rev. 02

(zgodnie z / acc. to LAB-05.00.06, rev.02)

BADANIE DERMATOLOGICZNE / KOSMETYKI / DERMATOLOGICAL TEST / COSMETICS

 Ochothników poinformowano o sposobie szczególnej ostrożności w postępowaniu z testem płatkowym.
 The volunteers were informed about the manners of particular caution with respect to patches.

6. Wyniki badania / Test result
Tab. 1. Skala oceny wyników badań zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Grupy Badającej Wyprysk Kontaktowy (ICDRG).

The assessment scale was consistent with the recommendations of the International Contact Dermatitis Research Group (ICDRG)

Skala oceny Assessment scale	Wynik Result	Typ odczynu Reaction type
(-)	Odczyn ujemny Negative reaction	Brak zmian skórnych No skin changes
(?)	Odczyn wątpliwy / podrażnienie od plastra Doubtful result / patch irritation	Lekki odczyn rumieniowy Slight erythema
(+)	Słaby odczyn Mild reaction	Odczyn rumieniowy, wyczuwalny palpacyjnie, bez pęcherzyków Palpable erythema, no vesicles
(++)	Silny odczyn Strong reaction	Odczyn rumieniowy, grudki, obecne pęcherzyki lub obrzęk Erythema, papules, vesicles or swelling
(+++)	Bardzo silny odczyn Very strong reaction	Odczyn rumieniowy, grudki, pęcherzyki i /lub owrzodzenia Erythema, papules, vesicles and/or ulceration
(IR)	Reakcja podrażnieniowa Irritant reaction	Stan zapalny, brak nacieku, krostki, rumień, tendencja do wygasania Inflammation, no infiltration, papules, erythema, tendency to subside

Tab. 2. Wyniki badania / Test results

Ochothnik Volunteer	Wiek Age	Płeć* Sex*	Miejsce aplikacji Application area	Wynik Result	Ochothnik Volunteer	Wiek Age	Płeć* Sex*	Miejsce aplikacji Application area	Wynik Result
1.	29	K/F	Arm	(-)	14.	44	K/F	Arm	(-)
2.	31	K/F	Arm	(-)	15.	34	K/F	Arm	(-)
3.	37	K/F	Arm	(-)	16.	27	K/F	Arm	(-)
4.	26	K/F	Arm	(-)	17.	38	K/F	Arm	(-)
5.	53	K/F	Arm	(-)	18.	30	K/F	Arm	(-)
6.	50	K/F	Arm	(-)	19.	44	K/F	Arm	(-)
7.	37	K/F	Arm	(-)	20.	52	K/F	Arm	(-)
8.	42	K/F	Arm	(-)	21.	25	K/F	Arm	(-)
9.	42	K/F	Arm	(-)	22.	24	K/F	Arm	(-)
10.	20	K/F	Arm	(-)	23.	51	K/F	Arm	(-)
11.	33	K/F	Arm	(-)	24.	29	K/F	Arm	(-)
12.	49	K/F	Arm	(-)	25.	24	K/F	Arm	(-)
13.	32	K/F	Arm	(-)					

* - F – kobieta / female / M – mężczyzna / male

7. Wnioski / Conclusion

Na podstawie przeprowadzonego testu płatkowego stwierdza się, że badany produkt:

 SomnoSept Special cleaner for CPAP masks, hoses and accessories made of plastic and silicone
 (pełna nazwa produktu)

 nie działa / ~~działa~~ drażniąco ani / ~~oraz~~ alergizująco na skórę badanych osób.
 (niepotrzebne skreślić) (niepotrzebne skreślić)

Based on the patch test, it has been shown that the tested product:

 SomnoSept Special cleaner for CPAP masks, hoses and accessories made of plastic and silicone
 (Full name of product)

 has no / ~~has~~ irritant or / ~~and~~ sensitising effects on the skin of the subjects.
 (delete as appropriate) (delete as appropriate)

Sprawozdanie z badań, nr :**Test report, no :****0086 - DR / A / 04 / 21****rev. 02**

(zgodnie z / acc. to LAB-05.00.06, rev.02)

BADANIE DERMATOLOGICZNE / KOSMETYKI / DERMATOLOGICAL TEST / COSMETICS

Wydana opinia nie dotyczy osób, u których występuje udokumentowana alergia na którykolwiek składnik tego produktu.

The issued opinion does not refer to persons with a documented allergy to any of the product's components.

8. Zatwierdzenie / Approval**Opracował:****Prepared:**

04/05/2021

drNowaczyk: 010

Specjalista ds. dokumentacji

Documentation specialist

Data wydania / Date of issue

Nr pracownika / Employee no

Funkcja / Position

Nadzór**specjalisty:****Specialist****supervision:**

04/05/2021

drNowaczyk: 005

Specjalista dermatolog i wenerolog

Specialist dermatologist-venerologist

Data / Date

Nr pracownika / Employee no

Funkcja / Position

Zatwierdził / Authorized: DrNowaczyk:001, Dyrektor Laboratorium / Laboratory Director**(kwalifikowany podpis elektroniczny*) / (qualified electronic signature)***

UWAGI: Brak

COMMENTS: No comments

(*) Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego jest równoważny pod względem skutków prawnych z podpisem własnoręcznym. Oryginalne sprawozdanie z badań są wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem "-sig.pdf" lub "-_signed.pdf". W związku z tym wszystkie wydruki, o ile nie są potwierdzone za zgodność z oryginałem, są kopiami. / A secure electronic signature verified with a qualified certificate is equivalent in terms of legal effects to a handwritten signature. The original test report is issued electronically with the suffix "-sig.pdf" or "-_signed.pdf". Therefore, all printouts, unless they are certified to be true to the original, are copies..

Badania wykonywane w dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji Sp. z o.o. Sp.K. są prowadzone zgodnie ze standardowymi metodami badawczymi. Uzyskane wyniki są zgodne z przyjętymi międzynarodowymi standardami, chyba że zostały ustalone inne szczegółowe wymagania, zatwierdzone na piśmie przez dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji Sp. z o.o. Sp.K. oraz Klienta, przed rozpoczęciem badania. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do przebadanych próbek, w określonych warunkach i przy użyciu metod badawczych i procedur uzgodnionych wcześniej z Klientem. Obowiązkiem Klienta jest zapewnienie, że każda jednostka produktu i opakowania jest wyprodukowana w sposób identyczny. dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji Sp. z o.o. Sp.K. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek wniosek, interpretację i uogólnienia wykonane przez Klienta z wydanych przez dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji Sp. z o.o. Sp.K. sprawozdań z badań. Niniejsze Sprawozdanie z Badania jest poufną własnością Klienta. Bez pisemnej zgody dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji Sp. z o.o. Sp.K. sprawozdanie z badania nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Odpowiedzialność dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji Sp. z o.o. Sp.K. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w oryginalnym sprawozdaniu.

The studies performed in Dr Nowaczyk Research and Innovation Centre Sp. z o.o. Sp.K. are conducted in accordance with standard research methodology. The results are concordant with acknowledged international standards unless other specific requirements have been established and approved in writing by Dr Nowaczyk Research and Innovation Centre Sp. z o.o. Sp.K. and the Client prior to the initiation of the study. The study results refer solely to the tested samples, given conditions and adopted research methods and procedures agreed on previously with the Client. It is the Client's obligation to produce each unit of the product and each package in an identical way. Dr Nowaczyk Research and Innovation Centre Sp. z o.o. Sp.K. is not responsible for any conclusions, interpretations and generalisations made by the Client based on the study reports issued by Dr Nowaczyk Research and Innovation Centre Sp. z o.o. Sp.K. This Study Report is confidential Client's property. Without the Client's consent in writing, Dr Nowaczyk Research and Innovation Centre Sp. z o.o. Sp.K. shall not copy the study report in other ways than in whole. The liability of Dr Nowaczyk Research and Innovation Centre Sp. z o.o. Sp.K. is restricted solely to the data included in the original report.

Sprawozdanie z badania zostało sporządzone w jednym egzemplarzu.*Test Report prepared in single copy.***Oryginał nr 1 : Klient***Original copy No. 1 : Customer***Kopia egzemplarza nr 1 : Archiwum***Duplicate of copy No. 1 : Archive*